



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-77 (sekretariat)
+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 18.03.2020 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP - 1051/2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/06/2020

Przedmiot postępowania:

**DOSTAWA APARATU DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH
NARZĄDU WZROKU WRAZ Z DRUKARKĄ**

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz.183), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:

- 1. Opis przedmiotu zamówienia - (Załącznik nr 2), pkt. 18 i 20**
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia jednej, czy dwóch drukarek?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 1 drukarki.
- 2. Opis przedmiotu zamówienia - (Załącznik nr 2), pkt. 22**
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie minimalnej ilości akcesoriów do następujących:
 - 10 Elektrod EEG
 - 1 Zestaw przewodów do elektrod DTL
 - 1 Pasta poprawiająca przewodzenie TEN20
 - 1 Adapter do mfVEP
 - 1 Żel Nu-Prep**Odpowiedź:** Należy zaoferować akcesoria zgodnie z powyższym wykazem.
Mając na względzie odpowiedź udzieloną w pkt. 1 i 2 Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ, który staje się obowiązujący dla Wykonawców.
- 3. Rozdział IV SIWZ - czas realizacji zamówienia:**
Czy w związku z obecną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i co za tym idzie, wydłużonym czasem dostaw towarów, Zamawiający zgadza się na wydłużenie czasu dostawy do co najmniej 8 tygodni?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji umowy do 8 tygodni.
- 4. Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - (Załącznik nr 3), pkt. 6**
Ponieważ urządzenie jest objęte gwarancją i przysługującymi z niej uprawnieniami, czy Zamawiający może odstąpić od wymagań bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg przeprowadzenia co najmniej 1 bezpłatnego przeglądu w roku w okresie gwarancyjnym.
- 5. Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - (Załącznik nr 3), pkt. 2**
Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze?
Odpowiedź: Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godzin.

6. **Wzór umowy - (Załącznik nr 6), par. 5 pkt 1**

Czy Zamawiający może doprecyzować, że zgłoszenia wad, uszkodzeń, niesprawności sprzętu będą dokonywane na piśmie mailem lub faksem w dni robocze w godz. 8.00-16.00?"

Odpowiedź: Tak. Zamawiający doprecyzuje brzmienie §5 ust.1 rozszerzając jego treść zgodnie z powyższym wnioskiem.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

NACZELNY LEKARZ
SPK KARDIOLOGICZNEGO SZPITALA
OPOLSKIEGO
dr n. med. Grażyna Bróńnik